

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Đông Anh chúng tôi đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện dây nội soi dạ dày tương thích với Hệ thống nội soi tiêu hóa; Model: EG-530WR năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đông Anh – Tổ 1, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bùi Quang Toàn – Kỹ sư phòng VT-TBYT.
 - Số điện thoại: 0888010892
 - Địa chỉ Email: tokythuatbvdka@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Quý công ty nộp bảng báo giá trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Địa chỉ: Số 1 Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.
 - Hoặc gửi bản scan báo giá có dấu đỏ (trong hoặc ngoài giờ hành chính) qua địa chỉ email: tokythuatbvdka@gmail.com, hoặc qua đường Văn thư của Bệnh viện.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11/07/2023 đến trước 17h ngày 21/07/2023. Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21/07/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Kính mời Các Công ty, đơn vị quan tâm khảo sát và báo giá đối với danh mục dịch vụ sửa chữa và linh kiện thay thế cho trang thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
I	Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR, Serial: 4G361K275. <u>Linh kiện thay thế bao gồm:</u>		01	Dịch vụ
1	Dây dẫn sáng	- Chất liệu: sợi thủy tinh - Công năng: dẫn ánh sáng từ bộ nguồn sáng tới đầu ống soi.	01	Bộ
2	Thân ống soi	- Chất liệu: Sắt, nhựa dẻo, sợi thủy tinh, cao su.	01	Bộ

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
3	Bộ phận uốn cong	- Chất liệu: kim loại - Chiều dài: 2000 mm - Đường kính: 12.8mm - Công năng: điều hướng góc nhìn của ống soi	01	Bộ
4	Kênh khí nước	- Chất liệu: Nhựa	01	Cái
5	Nắp nhựa	- Chất liệu: Nhựa - Đường kính: 12.8 mm - Công năng: bảo vệ đầu ống soi; là ngõ ra của các kênh khí nước, sinh thiết, nước phụ, dây dẫn sáng, đầu thu hình	01	Cái
6	Vỏ cao su	- Chất liệu: Cao su. - Đường kính ngoài 9.4mm, chiều dài 120mm	01	Cái
7	Kênh sinh thiết	- Chất liệu: Nhựa	04	Cái
8	Vòng nhựa	- Chất liệu: Nhựa	04	Cái
9	Vòi phun	- Chất liệu: Nhựa	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi có kết quả trúng thầu, thời gian giao hàng dự kiến theo tiến độ thực hiện hợp đồng.
4. Thanh toán: Theo quy định hiện hành và điều khoản chung trong hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa Đông Anh.
5. Đối với linh kiện thay thế: Linh kiện mới 100%, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thiết bị.
6. Yêu cầu báo giá đơn vị cung cấp bao gồm chi tiết như sau:

+ Mẫu báo giá theo Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023.

+ Trong bảng chào giá phải ghi rõ: thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của báo giá.

+ Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

+ Cung cấp Hồ sơ năng lực bản cứng, Giá trúng thầu của gói thầu thay thế linh kiện, phụ kiện sử dụng cho trang thiết bị y tế tương tự trong vòng 120 ngày.

+ Datasheet, catalogue, giấy chứng nhận nguồn gốc, chất lượng tương ứng vs linh phụ kiện thay thế được cung cấp.

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

