

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Đông Anh chúng tôi đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thay thế Cảm biến oxy cho máy thở Newport, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đông Anh – Tổ 1, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bùi Quang Toàn – Kỹ sư phòng VT-TBYT.
 - Số điện thoại: 0888010892
 - Địa chỉ Email: tokythuatbvdka@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Quý công ty nộp bảng báo giá trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Địa chỉ: Số 1 Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.
 - Hoặc gửi bản scan báo giá có dấu đỏ (trong hoặc ngoài giờ hành chính) qua địa chỉ email: tokythuatbvdka@gmail.com, hoặc qua đường Văn thư của Bệnh viện.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28/07/2023 đến trước 17h ngày 07/08/2023. Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 07/08/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Kính mời Quý Công ty quan tâm khảo sát và báo giá đối với danh mục các linh kiện thay thế cho trang thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cảm biến Oxy cho máy thở Newport	Là dạng cảm biến điện hóa đo nồng độ oxy có trong khí thở cung cấp cho bệnh nhân. Cảm biến cung cấp một điện áp tỷ lệ với nồng độ oxy trong khí thở. Máy thở sẽ báo động nếu nồng độ oxy đo được chênh lệch quá 7% so với giá trị đặt trên máy. Do là cảm biến dạng điện hóa phụ thuộc vào các phản ứng oxy hóa từ mức oxy trong khí thở nên cảm biến yêu cầu cần tiến hành căn chuẩn ít nhất hàng tuần và khuyến cáo thay	Cái	1

STT	Danh mục	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		thế định kỳ sau mỗi một năm sử dụng. Dải đo: 0-100% Độ chính xác: $\leq \pm 2\%$ Thời gian phản hồi ≤ 15 giây.		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi có kết quả trúng thầu, thời gian giao hàng dự kiến theo tiến độ thực hiện hợp đồng.
4. Thanh toán: Theo quy định hiện hành và điều khoản chung trong hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa Đông Anh.
5. Đối với linh kiện thay thế: Linh kiện mới 100%, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thiết bị.
6. Yêu cầu báo giá đơn vị cung cấp bao gồm chi tiết như sau:

+ Mẫu báo giá theo Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023.

+ Trong bảng chào giá phải ghi rõ: thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của báo giá.

+ Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

+ Cung cấp Hồ sơ năng lực bản cứng, Giá trúng thầu của gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế tương tự trong vòng 120 ngày.

+ Datasheet hoặc catalogue tương ứng với linh phụ kiện thay thế được cung cấp.

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.


GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng