

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ

Trước hết Bệnh viện đa khoa Đông Anh xin cảm ơn các đơn vị kinh doanh, quý công ty cung cấp dịch vụ đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian vừa qua.

Bệnh viện đa khoa Đông Anh đang có nhu cầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Máy X Quang C-Arm (Model: RADIUS S-9 DIM) – Intermedical/Ý nhằm đảm bảo năng suất hoạt động, quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, mô tả kỹ thuật nội dung Sửa chữa và thay thế linh kiện Máy X Quang C-Arm (Model: RADIUS S-9 DIM) – Intermedical/Ý, Bệnh viện đa khoa Đông Anh kính mời các đơn vị quan tâm, quý công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ có khả năng cung cấp tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Danh mục Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
2. Giá của hàng hóa đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo .
3. Giấy tờ yêu cầu:
 - Đăng ký kinh doanh.

Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 09/04/2024 – 19/04/2024.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng nhu cầu trên đề nghị gửi bản cứng hồ sơ, bản chào giá theo danh mục đính kèm

Địa chỉ nhận báo giá:

- Bệnh viện đa khoa Đông Anh
- Ông(bà): Bùi Quang Toàn – Phòng/Ban: Vật tư - TBYT
- Địa chỉ: Số 1 Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại: 0888010892 Email: tokythuatbvdka@gmail.com

Trân trọng thông báo./.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 09/04/2024)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện Máy X Quang C-Arm (Model: RADIUS S-9 DIM) – Intermedical/Ý	- Dịch vụ sửa chữa và căn chỉnh lại hệ thống cơ nâng hạ cánh tay chụp, hệ thống di chuyển chân và phanh của máy. - Dịch vụ cung cấp và lắp đặt bóng phát tia X với thông số kỹ thuật như sau: • Công suất tối đa: 3,5KW (100KV, 35mA) • Kiểu anode cố định, chất liệu Tungsten • Tâm tiêu điểm: Nhỏ 0,5 mm; Lớn 1,5 mm. • Góc đích anode: Khoảng 12 độ • Tổng trữ lượng nhiệt toàn bộ bóng: 670kHU • Tỏa nhiệt vỏ bóng liên tục: 80 HU/giây • Tổng lọc: >2.7 mmAl (Hoặc có thông số kỹ thuật tương đương tương thích với Máy X Quang C-Arm (Model: RADIUS S-9 DIM) – Intermedical/Ý) - Hiệu chỉnh, chạy test, làm mới phần mềm toàn hệ thống.	01	Dịch vụ

