

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đông Anh trân trọng cảm ơn các hãng sản xuất, nhà cung cấp đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian vừa qua.

Bệnh viện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá khái toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán: “Mua sắm Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla nguồn đơn vị năm 2024” của Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Bệnh viện kính mời các đơn vị, quý công ty quan tâm và có khả năng cung cấp tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

- Danh mục, số lượng, Yêu cầu đáp ứng kỹ thuật (Chi tiết theo phụ lục 1,2 đính kèm)
- Hồ sơ báo giá
 - Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.
 - Đăng ký kinh doanh.
 - Catalog, tài liệu kỹ thuật, chi tiết cấu hình đáp ứng,... (Khuyến khích có bảng phân tích ưu nhược điểm của các tùy chọn cấu hình chào giá).
- Thời gian và địa chỉ nhận báo giá
 - Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 17/05/2024 – 27/05/2024.
 - Địa chỉ nhận báo giá:
 - + Bệnh viện đa khoa Đông Anh
 - + Ông(bà): Bùi Quang Toàn – Phòng/Ban: Vật tư - TBYT
 - + Địa chỉ: Số 1 Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
 - + Điện thoại: 0888010892 Email: tokythuatbvdkda@gmail.com

Kính mời quý công ty quan tâm và đáp ứng nhu cầu trên đề nghị gửi bản cứng hồ sơ, bản chào giá theo danh mục đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

GIÁM ĐỐC 

Chu Đình Năng

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo thư mời chào giá ngày 17/05/2024)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla	Hệ thống	01



PHỤ LỤC 2

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 17/05/2024)

1. Khoan chấn thương chỉnh hình

TT	Yêu cầu chung, yêu cầu cấu hình và kỹ thuật
1	Yêu cầu chung - Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở đi, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn điện: 3 pha 380V/50Hz $\pm$ 10% - Điều kiện môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa đến 21oC - Độ ẩm tối đa đến: 60%
2	Yêu cầu cấu hình (tối thiểu hoặc tương đương) - Khối từ siêu dẫn: 01 hệ thống - Hệ thống RF: 01 hệ thống - Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống - Bàn bệnh nhân: 01 hệ thống - Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ - Bộ các cuộn chụp RF tối thiểu bao gồm: Cuộn toàn thân, cuộn đầu/cổ, cuộn cột sống, cuộn thân. - Hệ thống điều khiển, xử lý, tái tạo hình ảnh và các phần mềm chuyên dụng đi kèm có ứng dụng công nghệ AI phân tích chuyên sâu - Các thiết bị phụ trợ đi kèm tối thiểu bao gồm: Lưu điện, hệ thống phòng chụp, lồng RF cabin và nội thất, các thiết bị không nhiễm từ
3	Yêu cầu về kỹ thuật cơ bản - Độ lớn từ trường: 1,5T - Độ ổn định từ trường theo thời gian: $\pm < 0,1\text{ppm/giờ}$ - Đường kính khoang từ: Khoảng 60cm - Công nghệ không thoát khí Heli: Có (Chi tiết về các tính năng, ưu việt về kỹ thuật đề nghị làm rõ hoặc có mô tả đi kèm theo báo giá để làm tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)

