

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đông Anh xin cảm ơn các hãng sản xuất, nhà cung cấp đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian vừa qua.

Bệnh viện đa khoa Đông Anh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán: Mua sắm dự trù linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt Somatom Scope. Bệnh viện kính mời các đơn vị, quý công ty quan tâm và có khả năng cung cấp tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

- Danh mục, số lượng, Yêu cầu đáp ứng kỹ thuật (Chi tiết theo phụ lục 1,2 đính kèm)
- Hồ sơ báo giá
 - Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.
 - Đăng ký kinh doanh.
- Thời gian và địa chỉ nhận báo giá
 - Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 03/05/2024 – 13/05/2024.
 - Địa chỉ nhận báo giá:
 - + Bệnh viện đa khoa Đông Anh
 - + Ông(bà): Bùi Quang Toàn – Phòng/Ban: Vật tư - TBYT
 - + Địa chỉ: Số 1 Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
 - + Điện thoại: 0888010892 Email: tokythuatbvdka@gmail.com

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng nhu cầu trên đề nghị gửi bản cứng hồ sơ, bản chào giá theo danh mục đính kèm

Trân trọng thông báo./.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo thư mời chào giá ngày 03/05/2024)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
1	Mua sắm dự trữ linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt Somatom Scope: - Bóng phát tia X (Tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt - Model: Somatom Scope, Hãng sản xuất: Siemens, Năm sản xuất: 2017)	Cái	01



PHỤ LỤC 2

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 03/05/2024)

1. Bóng phát tia chuyên dùng cho hệ thống thiết bị chụp cắt lớp vi tính

STT	Yêu cầu chung, yêu cầu cấu hình và kỹ thuật
I	Yêu cầu chung
-	Chưa qua sử dụng, mới 100% sản xuất từ 2023 trở đi
-	Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa: $\geq 40^{\circ}\text{C}$
-	Độ ẩm môi trường làm việc tối đa: $\geq 75\%$
II	Yêu cầu cấu hình
	Bóng phát tia: 01 Cái Khuyến cáo của nhà sản xuất về thời gian phát tia sử dụng của bóng trong 1 vòng đời
II	Yêu cầu về kỹ thuật
-	Công suất đầu vào Anode: F1 (tiêu điểm nhỏ): $\leq 28 \text{ Kw}$; F2 (tiêu điểm lớn): $\geq 34 \text{ Kw}$
-	Khả năng chữ nhiệt Anode: $\geq 2.2 \text{ MJ}$
-	Vật liệu đầu anode: Hợp kim rhenium – tungsten hoặc vật liệu có chất lượng tương đương
-	Điện áp danh nghĩa trong khoảng: 70-140 KV
-	Hiệu suất tỏa nhiệt tối đa của Anode: $\geq 2.8 \text{ kW}$
-	Tần số dòng để quay Anode khoảng: 150 Hz
-	Hiệu suất tản nhiệt liên tục: $\geq 2.8 \text{ kW}$
-	Góc Anode khoảng: 8°
-	Kích thước tiêu điểm: F1 (tiêu điểm nhỏ): $\leq 0.8 \times 0.4$; F2 (tiêu điểm lớn): $\geq 0.8 \times 0.7$
-	Bộ lọc giảm liều: $\geq 5.5 \text{ mm AL/140 KV}$
-	Mức rò tia ở điện áp tối đa, khoảng cách 1m: $\leq 0.88 \text{ mGy/h}$
-	Dòng điện qua Cathode tối đa: $\geq 7.5 \text{ A}$

