

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Đông Anh chúng tôi đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế năm 2024 như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đông Anh – Tổ 1, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bùi Quang Toàn – Phó Tr.phòng VT-TBYT.
 - Số điện thoại: 0888010892
 - Địa chỉ Email: tokythuatbvdkda@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Quý công ty nộp bảng báo giá trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội.
 - Hoặc gửi bản scan báo giá có dấu đỏ (trong hoặc ngoài giờ hành chính) qua địa chỉ email: tokythuatbvdkda@gmail.com, hoặc qua đường Văn thư của Bệnh viện.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 10h ngày 16/09/2024.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả dịch vụ
DANH MỤC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN				
1	Cân sức khỏe (Cân ĐHLX và cân đĩa)	Cái	16	Kiểm định: theo quy trình - ĐLVN 30:2019 - ĐLVN 14:2019 Hiệu chuẩn: - Kiểm tra tải trọng lệch tâm, độ đúng và độ lặp lại

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả dịch vụ
2	Huyết áp kế cơ	Cái	22	Kiểm định: - Theo quy trình ĐLVN 09:2011
3	Pipet	Cái	11	Hiệu chuẩn: - Kiểm tra độ chính xác của các mức thể tích Hiệu chuẩn tối thiểu 3 mức thể tích Max, Min, Trung bình
4	Nhiệt ẩm kế	Cái	24	Hiệu chuẩn: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ chính xác độ ẩm Hiệu chuẩn tối thiểu 3 điểm nhiệt, 3 độ ẩm
5	Tủ an toàn sinh học cấp II	Cái	2	Kiểm tra, hiệu chỉnh các tính năng kỹ thuật: - Thử nghiệm hiệu suất màng lọc - Thử nghiệm độ rò rỉ filter - Thử nghiệm hướng dòng khí - Thử nghiệm tiếng ồn - Thử nghiệm tốc độ gió qua cửa - Thử nghiệm tốc độ gió qua bề mặt làm việc - Thử nghiệm ánh sáng nền, ánh sáng khả kiến - Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím Thử nghiệm tủ an toàn sinh học
6	Tủ nuôi cấy CO2	Cái	1	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
7	Nồi cách thủy	Cái	1	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
8	Máy ủ gelcard	Cái	1	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả dịch vụ
9	Tủ ẩm	Cái	2	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
10	Áp kế (trên các hệ thống)	Cái	38	Kiểm định đồng hồ áp kế trên các hệ thống theo quy trình: - ĐLVN 08:2021
11	Bộ chỉ thị áp suất của nồi hấp tiệt trùng, nồi hơi điện	Hệ thống	4	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể - Kiểm tra độ chính xác áp suất Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt, 1 điểm áp suất
12	Bộ chỉ thị nhiệt độ của nồi hấp tiệt trùng, nồi hơi sinh điện	Hệ thống	2	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể - Kiểm tra độ chính xác áp suất Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt, 1 điểm áp suất
13	Tủ sấy	Cái	3	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
14	Nhiệt ẩm kế tự ghi	Cái	2	Hiệu chuẩn đồng hồ nhiệt ẩm kế: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ chính xác độ ẩm Hiệu chuẩn tối thiểu 3 điểm nhiệt, 3 độ ẩm
15	Nhiệt kế tủ lạnh	Cái	59	Hiệu chuẩn nhiệt kế tủ lạnh: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ Hiệu chuẩn tối thiểu 3 điểm nhiệt

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả dịch vụ
16	Tủ bảo quản thuốc	Cái	3	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
17	Nồi cất nước điện	Cái	1	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra, vệ sinh máy và các đường ống, van
18	Bộ chỉ thị nhiệt độ của máy làm khô dụng cụ	Hệ thống	1	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
19	Bộ chỉ thị nhiệt độ của máy tắm bé	Hệ thống	1	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
20	Huyết áp kế điện tử	Cái	7	Kiểm định huyết áp kế điện tử: - Kiểm tra bên ngoài - Kiểm tra kỹ thuật - Kiểm tra đo lường + Kiểm tra sai số của chỉ thị áp suất + Kiểm tra sai số độ lệch chuẩn
21	Nhiệt kế y học	Cái	1	Hiệu chuẩn nhiệt kế y học: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ Hiệu chuẩn tối thiểu 3 điểm nhiệt
22	Tủ lưu trữ máu	Cái	1	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ - Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ - Kiểm tra biến động nhiệt tổng thể Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
23	Máy điện tim	Cái	8	Theo quy trình ĐLVN 43 : 2017
24	Máy đọc chỉ thị sinh học	Cái	1	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị nhiệt độ trên máy: - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ Hiệu chuẩn tối thiểu 1 điểm nhiệt
25	Máy ly tâm	Cái	3	Hiệu chuẩn bộ chỉ thị tốc độ vòng quay trên máy: - Kiểm tra độ chính xác vòng quay

Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng:

- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn/thử nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025:2017 (Quyết định, chứng chỉ công nhận còn hiệu lực) đối với các phép thử thực hiện trong gói thầu này phải được công nhận bởi tổ chức công nhận.

- Đơn vị thực hiện kiểm định có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Nhân sự quản lý chung có tên trong Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (Lĩnh vực: Đo lường- Hiệu chuẩn).

- Trong bảng chào giá phải ghi rõ: thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của báo giá.

- Cung cấp Hồ sơ năng lực bản cứng, hợp đồng tương tự.

- Tài liệu liên quan đến các nội dung chào giá (nếu có).

Chúng tôi rất mong nhận đc sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế tại Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng