

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá cho dự toán Mua sắm Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm, bộ hút dịch gắn tường, phin lọc và bộ chia khí chuẩn BS, khí Oxy

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa

Bệnh viện đa khoa Đông Anh có nhu cầu thực hiện dự toán mua sắm: Mua sắm Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm, bộ hút dịch gắn tường, phin lọc và bộ chia khí chuẩn BS, khí Oxy.

Để có cơ sở thực hiện mua sắm theo đúng quy định, Bệnh viện đa khoa Đông Anh kính mời Quý Công ty quan tâm gửi chào giá cho dự toán mua sắm: Mua sắm Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm, bộ hút dịch gắn tường, phin lọc và bộ chia khí chuẩn BS, khí Oxy.

(Chi tiết theo Danh mục đính kèm)

- Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của chào giá.
 - Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.
 - Giấy tờ yêu cầu:
 - Giấy đăng ký kinh doanh
 - Giấy tờ kèm theo hàng hóa: CO, CQ, Tờ khai hải quan,....
 - Thời gian nộp chào giá: Từ ngày 25/04/2025 – 05/05/2025.
 - Nơi nhận báo giá:
 - Bệnh viện đa khoa Đông Anh
 - Ông(bà): Bùi Quang Toàn – Phòng/Ban: Vật tư - TBYT
 - Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
 - Điện thoại: 0888010892
 - Hoặc bản mềm hồ sơ báo giá gửi về địa chỉ Email: tokythuatbvdkda@gmail.com
- Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.
Trân trọng cảm ơn./.




GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 25 tháng 04 năm 2025)

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng
1	Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm	- Mô tả (hoặc tương đương về thông số kỹ thuật): + Phần thân Bằng đồng và Bình nhựa PC không vỡ + Áp suất tiêu chuẩn: Khoảng 3.5kgf/cm² + Phạm vi điều chỉnh lưu lượng: 0 ~15lít/phút + Độ ẩm (ở nhiệt độ thường) 80%±10%/5LPM~70%±10%/15LPM (độ ẩm tuyệt đối) + Kích cỡ đầu ra: ống (đường kính trong 5mm~7.5mm) + Áp suất van an toàn: khoảng 0.7kg/cm² + Kèm giắc cắm nhanh: Chuẩn BS	Bộ	7
2	Bộ hút dịch gắn tường	- Mô tả (hoặc tương đương về thông số kỹ thuật): + Phạm vi điều chỉnh chân không: trong khoảng 0~760mmHg + Bình chứa dịch có chức năng chống tràn + Núm vặn để chọn mức chân không toàn phần/ngắt/theo quy định + Sử dụng núm chọn mở/ngắt mà không làm thay đổi tham số + Loại hiển thị: Đồng hồ số + Đồng hồ điều chỉnh áp lực thay đổi liên tục trong quá trình phẫu thuật + Bình nhựa PC không vỡ kèm van chống tràn - Bao gồm: + Bộ hút dịch: 1 Bộ + Bình chứa dịch 2 Lít: 1 Bình + Dây silicon 1,8 mét: 2 Dây + Đầu cắm nhanh chuẩn BS: 1 Chiếc	Bộ	4



STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng
3	Bộ chia khí chuẩn BS, khí oxy	- Mô tả (hoặc tương đương về thông số kỹ thuật): + Đầu ra: Chuẩn BS + Van chặn: thân van bằng đồng + Được thiết kế với van 1 chiều để thuận tiện cho việc bảo trì + Mỗi đầu khí y tế đều vượt qua kiểm tra độ kín khí trước khi xuất xưởng + Tích hợp sẵn giắc cắm nhanh đầu vào chuẩn BS	Bộ	10
4	Phin lọc rửa tay vô trùng	- Mô tả (hoặc tương đương về thông số kỹ thuật): + Phin lọc cung cấp nước vô khuẩn tại đầu vòi + Tốc độ lọc yêu cầu: 10 lít/phút ở áp lực 3 bar + Khả năng loại bỏ vi khuẩn từ Log 7 trở lên + Diện tích lọc: 800 cm² + Kích thước: chiều dài khoảng 96mm, đường kính khoảng 73mm (Tương thích với hệ thống rửa tay vô trùng – Model: 423320, Hãng/nước sx: Anios/Pháp) + Có thể khử trùng bằng khí Ethylene Oxide + Thời gian lọc hiệu quả tối thiểu 31 ngày liên tục	Cái	24

